

新乡医学院第三临床学院眼视光医学专业实训中心建设项目

标的物名称、单位、数量、所属行业、核心产品及简要技术描述

序号	设备名称	简要技术描述	单位	数量	医疗器械类别	所属行业	是否为核心产品
1	综合验光仪	自动验光头：球镜：-19.00D ~ +16.75D ，柱镜：0.00 ~ -6.00D， 轴位：0~180° ……	台	8	验光头第二类医疗器械，其他无	工业行业	否
2	非接触眼压计	测量范围：1mmHg~60mmHg……	台	4	第二类	工业行业	否
3	角膜地形图	placido 环数：≥31 环；测量点数：≥7800 点……	台	4	第二类	工业行业	否
4	免散瞳眼底照相机	操作模式：全自动/手动对焦，具有自动追踪功能；具有自动曝光功能；具有手动及自动拍摄功能，自动调节腮托架，自动转换左右眼……	台	1	第二类	工业行业	否

5	屈光筛查仪	测量功能:球镜度(近视/远视)、柱镜度(散光度)及轴位、注视偏斜度、瞳孔尺寸、瞳距……	台	4	第二类	工业行业	否
6	裂隙灯显微镜	显微镜类型:平行夹角式(伽利略型)……	台	4	第二类	工业行业	否
7	检眼镜	照明形式:大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤光……	台	20	第二类	工业行业	否
8	带状光检影镜	光线可调成集合、发散和平行三种模式……	台	20	第二类	工业行业	否
9	验光镜片箱	球镜范围 0.12-20.00DS……	个	20	第二类	工业行业	否
10	带状光检影模型眼	三层弧形槽,散光轴向范围 0—180°……	个	20	/	工业行业	否

11	同视机	视场 $\geq 56\text{mm}$ ；瞳距调节范围 $\geq 45\sim 75\text{mm}$ ……	台	8	第二类	工业行业	否
12	电脑焦度计	球镜度数测量范围： -25.00D 至 $+25.00\text{D}$ ；……	台	4	/	工业行业	否
13	自动电脑验光仪	多种测量模式（屈光模式、角膜曲率、角膜曲率&屈光模式、地形图模式）；……	台	4	第二类	工业行业	否
14	全自动磨边机	全自动三维光学扫描、机械扫描；针对各种镜片材料的专用磨边程序；……	台	4	/	工业行业	是
15	视功能检查与视觉训练系统	包括：双眼视功能检查产品，调节类训练产品，集合类融像产品，弱视、脱抑制类产品，眼球运动、视认知类产品及相关训练器材配件。	套	6	/	工业行业	否
16	角膜接触	硬性角膜接触镜（RGP）试戴片 2 套、角膜塑形镜试戴片 2 套。	套	4	第三类	工业行业	否

	镜试戴片						
17	角膜接触 镜护理系 统	软镜护理液、硬镜护理液、润眼液、除蛋白AB液、除蛋白盒，硬镜吸棒、台式镜子、冲洗瓶，冲洗盘+滤水网，伴侣盒，防跌落毛巾、OK镜收纳箱各1个。	套	15	/	工业行业	否
18	泪液分泌 检测试纸 条	适用于泪液分泌障碍的检测，2条/袋，10袋/盒1。	盒	10	/	工业行业	否
19	荧光素钠 检测试纸	用于眼部结构细胞损伤检查/损伤部位染色，1条/袋，10袋/盒。	盒	20	/	工业行业	否
20	钢木试验 台	台面：采用厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚，由专业生产厂家用CNC机械加工而成……	台	4	/	工业行业	否

21	教学触控一体机	1. 一体机显示尺寸：≥86 英寸；DLED 背光；全贴合触控显示模组； 水平可视角度：≥178°；分辨率：≥3840×2160；灰阶等级：≥256 级；A 级屏；亮度均匀性≥90%；亮度≥400cd/m²；整机屏幕占比≥ 90%……	台	8	/	工业行业	否
22	钢木实验边台	台面：采用厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层 加厚，由专业生产厂家用CNC 机械加工而成……	个	12	/	工业行业	否
23	实验室储物柜	加厚钢板，静音滑轨，尺寸：1800*850*390mm……	个	10	/	工业行业	否
24	洗手盆柜组合	洗手台 1000*500mm，定制一体陶瓷台盆，下带收纳抽屉，DTC 不锈钢 铰链，前置配套尺寸带边框高清防爆银镜……	套	10	/	工业行业	否
25	六边形组合桌	六边形组合桌参数：长 1600 宽 1600 高 760mm，六张梯形桌拼装， 材质：一级冷轧钢管，顶板为 2mm 钢板冲压成型，书网为圆管不锈 钢……	套	20	/	工业行业	否
26	实验方凳	材料加厚加粗，承重≥200 斤，可叠放	个	120	/	工业行业	否
27	加厚写字白板	材质冷轧钢，双面升降，不易摇晃，顺滑板面，字迹清晰，配套支架， 大小规格为 1500*900mm……	个	8	/	工业行业	否