

手术器械招标参数

总体要求		满足心外科手术需要，用于组织切开、剥离、止血等术中操作，可重复使用，可高温高压消毒灭菌，手术器械一批。	
序号	产品名称	技术要求	数量
1	医用剪	器械总长：210MM，刀刃 7MM，45° 角，圆柄，器械需具备追溯管理 UDI 唯一标识	1 把
2	医用剪	器械总长：210MM，刀刃 7MM，125° 角，回旋支专用，圆柄，器械需具备追溯管理 UDI 唯一标识	1 把
3	组织钳	器械总长：210MM，无损伤 Debakey 齿，直头圆柄，柄直径 8MM，头宽 1.3MM，压力值 180g，带一体平衡柄设计，器械需具备追溯管理 UDI 唯一标识	1 把
4	外科牵开器	器械总长 150MM，头宽 8MM，扁长手柄，带防滑设计，器械需具备追溯管理 UDI 唯一标识	1 把
5	手术刀	器械总长 135MM，圆柄，带防滑纹	1 把
6	止血钳	器械总长 55MM，工作端 14MM，直头，无损伤 Debakey 齿，压力值 180g，器械需具备追溯管理 UDI 唯一标识	2 把
7	止血钳	器械总长 46MM，工作端 14MM，弯头，无损伤 Debakey 齿，压力值 180g，器械需具备追溯管理 UDI 唯一标识	1 把
8	其它要求	以上手术器械产品必须提供有效注册证或备案凭证	//