

单一来源采购方式专业人员论证意见

采购单位	临颍县人民医院	
项目名称	临颍县人民医院数字减影血管造影球管采购项目	
采购金额	1500000.00 元	
拟定供应商	河南和立生物科技有限公司	
专业人员信息	姓名:	任方明
	职称:	主任医师
	工作单位:	漯河医学三附院
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 目前该院正在使用飞利浦DSA机。因数字减影血管造影手术管只能使用飞利浦机器配套的球管。且购买其他品牌球管不能匹配现有机器。必须使用原装球管。	
专业人员签字	任方明	日期 2017年 04月 25日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。