

项目名称：西华县第一高级中学附属初级中学理化生实验室仪
器设备项目

项目编号：西华磋商采购-2023-62

政府采购 第三方验收报告

2023 年 12 月

统一社会信用代码
91410108MA46GF110E

营业执照
(副本) 1-1

名称 河南合昌检测技术有限公司 注册资本 伍佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期 2018年12月21日

法定代表人 王建杰 营业期限 长期

经营范围 检测服务; 环境监测服务; 计量服务; 房屋安全鉴定服务; 工程质量检测服务; 市政工程检测服务; 园林工程检测服务; 教育设备检测与验收服务; 安防设备检测与验收服务; 太阳能发电系统验收服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 河南省自贸试验区郑州片区(郑东)龙子湖街道与如意东路交口向东100米

登记机关 郑州市市场监督管理局
2020年01月29日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



河南合昌检测技术有限公司

产品质量验收结果单

河南银淼电子科技有限公司：

受你单位及西华县第一高级中学附属初级中学委托，我公司于 2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 22 日对西华县第一高级中学附属初级中学理化生实验室仪器设备项目进行了质量验收。验收依据招标书、投标书、采购合同相关条款之规定，经专家组分类检验及集体讨论，依照有关标准下达验收结果单。

经论证，该批产品验收结果为(☒合格；☐不合格)。请你单位收到此单后即将《验收结果回执单》传真或寄送回我单位。对验收结果若有异议，请在接到本结果单 15 日内向我单位提出书面(传真或寄送文本)意见和相关证明材料。逾期无书面反馈的，视为认可验收结果。



注：此单一式三份，一份由检验机构留存、一份送达收件单位、一份送达业主单位

验收结果回执单

☐我单位对验收结果无异议

☐我单位将在规定时间内提出书面异议

(单位公章)

年 月 日

河南合昌检测技术有限公司第三方委托质量验收结果通知书

项目单位	西华县第一高级中学附属初级中学	招标项目	西华县第一高级中学附属初级中学理化生实验室仪器设备项目	项目总金额	692500元
委托单位	河南银鑫电子科技有限公司	标段	一	验收日期	2023年12月21日-2023年12月22日
验收依据	标书及供货合同				
验收结论	验收结论: 经采购方、供货方和河南合昌检测技术有限公司共同参与,依据国家标准和招投标文件对西华县第一高级中学附属初级中学理化生实验室仪器设备项目(1标段)进行验收,现验收结论如下: 1、产品参数与投标文件及采购合同参数要求相符; 2、产品性能符合投标文件及采购合同要求; 3、产品整体外观质量符合投标文件及采购合同要求; 4、产品安装和调试符合投标文件及采购合同要求; 5、产品品牌型号及尺寸符合投标文件及采购合同要求; 6、产品使用正常,无异常状态; 7、附件:附件齐全; 8、产品数量符合招投标文件及采购合同要求; 综上所述,西华县第一高级中学附属初级中学理化生实验室仪器设备项目(1标段)符合投标文件及采购合同要求,验收合格。 签发日期: 23年12月24日				
备注					

记录: 曲全超 编制: 王平 审核: 王哲 批准: 刘三超

项目名称: 西华县第一高级中学附属初级中学理化生实验室仪器设备项目

验收项目	品牌型号	规格、参数	实际数量	相符性	结论	备注
仪器柜	九都/JD3-021	一、储物柜技术参数 规格: 1850×900×390mm 材质用料: 柜体采用 0.6mm 优质冷轧钢板。 柜体上部为玻璃对开门,下部为钢制对开门,柜门带锁,产品焊接牢固,外表平整光滑,没有毛刺、焊瘤、夹渣,无裂缝、无错位、无漏焊等缺陷。 表面处理: 产品经过除锈、除油、磷化处理,处理后符合 GB/T6870 附录 D 参考点滴法实验 1min 不泛红。表面喷塑光滑平整,色泽均匀一致,没有露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷,颜色为亚光喷塑白。 ★ 喷塑硬度: 0.40; 冲击强度: 4N/m²; 附着力: 二级要求。 附着力检验方法以尖锐划针横竖向间隔 1mm 交叉划线,仅有个别方块脱落或无脱落。 包装要求: 纸箱包装。 ★ 储物柜符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。	150个	符合	合格	
图书架	九都/JD1-S001	二、书架技术参数 ★ 规格: 2200×900×450mm 1、执行标准:GB/T3325-2017 2、结构: 标准层 6 层,每层隔板承重 60kg; 一列 5 组×40 列 3、用料要求: 全部采用优质冷轧钢板,立柱料厚 1.1mm,隔板、挂板 0.9mm,底梁 2.0mm。 4、工艺要求: 钢件均采用模具化生产,精度高,对接互换性好,拼装牢固美观,组件连接紧密,整体性强无松动现象,焊接光滑无毛刺。表面酸洗磷化后静电喷塑,要求均匀,光洁,平整,附着力强。 ★ 书架符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。	150个	符合	合格	
钢制黑板	齐鲁宏博/定制	1. 外形尺寸: 高 600mm,长 900mm。面板用整块 A3 冷轧板制成,厚度 0.5mm。2. 书写面明度: 黑色明度在 N3 以下,白色明度在 N8 以上。3. 书写附着度: 用熟石膏制粉笔书写,手感流畅、充实、笔道均匀、线条明显。4. 粉笔易擦拭度: 用干式黑板	1套	符合	合格	

布氏漏斗	齐鲁宏博/ 定制	瓷, 80mm	1套	符合	合格
T形管	齐鲁宏博/ 定制	/	1套	符合	合格
Y形管	齐鲁宏博/ 定制	/	1套	符合	合格
滴管	齐鲁宏博/ 定制	/	1套	符合	合格
离心管	齐鲁宏博/ 定制	10mL	1套	符合	合格
干燥管	齐鲁宏博/ 定制	单球, 150mm	1套	符合	合格
干燥管	齐鲁宏博/ 定制	U型, ϕ 15mm $\times$ 150mm	1套	符合	合格
活塞	齐鲁宏博/ 定制	直形	1套	符合	合格
圆水槽	齐鲁宏博/ 定制	ϕ 200mm $\times$ 100mm	1套	符合	合格
圆水槽	齐鲁宏博/ 定制	ϕ 270mm $\times$ 140mm	1套	符合	合格

		滑, 没有毛刺、焊瘤、夹渣, 无裂缝、无错位、无漏焊等缺陷。 表面处理: 产品经过除锈、除油、磷化处理, 处理后符合 GB/T6870 附录 D 参考点滴法实验 1min 不泛红。表面喷塑光滑平整, 色泽均匀一致, 没有露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷, 颜色为亚光喷塑白。 喷塑硬度: 0.40; 冲击强度: 4N/m ² ; 附着力: 二级要求。 附着力检验方法以尖锐划针横竖向间隔 1mm 交叉划线, 仅有个别方块脱落或无脱落。 包装要求: 纸箱包装。 ★ 储物柜符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。			
维修工作台	齐鲁宏博/ 定制	规格: 1400 mm $\times$ 700 mm $\times$ 850 mm, 台面采用基材 25 mm 厚聚木屑板经后成型加工, 国际知名品牌威盛亚耐磨防火板弯曲贴面。台身采用 18 mm 厚聚木屑三聚氰胺浸渍板, 立腿均采用喷塑管带山型槽铝型材镶装, 带可调底脚, 其它部位均采用 1.5 mm 厚塑制优质封边条机械封边。配二、三孔电源插座二套。	1套	符合	合格
室内地上水电安装	齐鲁宏博/ 定制	给水采用不锈钢丝编织软管, 排水采用塑质伸缩软管。配电采用 RV0.75mm ² 塑铜线。	1套	符合	合格
	以下空白				